

MMS Omega készülékkel végzett nyelőcső kémhatás monitorozás, impedancia vizsgálattal vagy anélkül

Kedves Páciensünk!

Az Ön orvosa nyelőcső kémhatás monitorozást rendelt el az Ön részére, impedancia vizsgálattal vagy anélkül.

A vizsgálat célja a reflux betegség jelenlétének megerősítése vagy kizárása.

FELKÉSZÜLÉS A VIZSGÁLATRA

A gyomorsav elválasztást befolyásoló gyógyszerek alkalmazását fel kell függeszteni a vizsgálat előtt - gyógyszerenként változó időtartamra - ezzel kapcsolatban orvosa további tájékoztatást ad.

Gyógyszer érzékenység, különösen helyi érzéstelenítőkkel, Lidocainnal kapcsolatos érzékenység, korábbi problémák kapcsán feltételűnél tájékoztassa a vizsgáltot végző személyt.

A vizsgálatot megelőző 8 órában ne egyen és a vizsgálatot megelőző 4 órában na igyon semmit. A vizsgálatot nem érintő gyógyszereit egy korty vízzel beveheti.

A VIZSGÁLAT MENETE

A vizsgálat során egy egyszerhasználatos katéter kerül elvezetésre az orrjáraton, orrgaraton keresztül a nyelőcsőbe és a gyomorba, melyet egy mérőegységhez csatlakoztatunk. A vizsgálat 24 órán át tart, mely során Ön az előzetes oktatásnak megfelelően a gép segítségével regisztrálja a panaszait, lefekvést és felkelést, valamint az étkezés, folyadék fogyasztás tényét. A vizsgálat kiértékelése a számítógépen megjelenő adatok, és pH görbék elemzésével történik.

- Testhelyzet rögzítése

Amikor a vizsgálat során lefekszik, kérjük nyomja meg az ágy ikonnal jelezett gombot. Majd, amikor felkel, ismételten nyomja meg a gombot. Ez által a vízszintes testhelyzet ideje egy idő intervallumként kerül rögzítésre.



- Étkezés, folyadék fogyasztás rögzítése

A vizsgálat során rögzíteni kell minden étkezést és folyadék fogyasztást. Amikor megkezdzi az étkezést (vagy folyadék fogyasztást) nyomja meg a kés, villa, csésze ikonnal jelezett gombot. Majd, amikor befejezte az étkezést (vagy folyadék fogyasztást), ismételten nyomja meg a gombot. Ez által az étkezés (vagy folyadék fogyasztás) ideje egy idő intervallumként kerül rögzítésre.



- Egyéb funkciók

A készülék képes regisztrálni a gyógyszer bevitt is, illetve egy további eseményre programozható funkciója is van. Ezeket a vizsgálatok zömében nem használjuk, amennyiben szükség van ezen funkciókra a vizsgálatot végző személy részletesen tájékoztatni fogja Önt.



Amennyiben a katétert rögzítő ragasztó fellazul, további ragasztással megerősíthető a rögzítése, azonban, ha katéter kicsúszik vagy véletlenül kirántásra kerül, annak megfelelő visszahelyezése a laboron kívül nem lehetséges. A katéter kihúzása nem jár különösebb kockázattal.

A VIZSGÁLAT BEFEJEZÉSE

A vizsgálati idő leteltével a katétert kollegánk eltávolítja. Ezt követően Ön beveheti savcsökkentő gyógyszereit és szabadon étkezhet.

A vizsgálat kiértékelése orvos által végzett feladat, a vizsgálat befejezését követően néhány napon belül értesítjük Önt annak eredményéről, és a további teendőkről.